Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 38 188
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Газоанализатор горючих газов ИТ-М без ЗПУ	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Содержание метана в контролируемой атмосфере, % об. 0 - 2. Чувствительность индикатора ИТ-М, % об., не более: для метана 0,01, для сжиженного газа 0,005, для аммиака 0,025. Время выдачи индикации, с, не более 3. Время прогрева течеискателя ИТ-М, с, не более 60. Температура окружающей среды, °С от -40 до +50. Длина кабеля между датчиком и прибором, м 2,0. Время работы ИТ-М без подзарядки, ч, не менее 7 (при Т = (20 ± 5) °С). Габаритные размеры блока индикации, мм, не более 85×130×46. Масса блока индикации, кг, не более 0,42.					
2	Газоанализатор по оксиду углерода АНКАТ-7631М-СО без зарядного устройства	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Контролируемый компонент; СО Диапазон измерения от 0 до 200мг/м3 Диапазон показаний от 0 до 350мг/м3 Пороги (порог 2; порог 1) 50; 20.Прибор без ЗУ.					
3	Газоанализатор ФП-22 с пробозаборным щупом для наземного применения и со штангой для поиска из подземных газопроводов	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	газоанализатор-течеискатель взрывозащищённый переносной с пробозаборным щупом для наземного применения и со штангой для поиска из подземных газопроводов. Технические характеристики в					
Технические	режиме "измерение":					

характеристики предмета закупки	Диапазон измерений (показаний),%: - об.доли CH4 0-2,50 (0-5,00); - об.доли C3H8 0-1,00 (0-2.00); - об.доли H2 0-2,00 (0-4,00). Технические характеристики в режиме "индикатор утечки": Порог чувствительности,%: - об.доли CH4 0,001; - об.доли C3H8 0,003; - об.доли H2 0,01; Диапазон рабочих температур, °C -30-+50. Масса, кг, не более 0,5. Габариты, мм, не более 185x60x35.					
4	Устройство зарядное ЗПУ для газоанализатора АНКАТ-7631М	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
5	Устройство зарядное ЗПУ для газоанализатора ИТ-М	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 45 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	88 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	74 576,27	рублей		